

Баня лабораторная
ПЭ-4310, ПЭ-4311, ПЭ-4312, ПЭ-4313

Паспорт
Руководство по эксплуатации

Версия 1.3 от 25.11.2015

Коды по каталогу:

1.75.50.0030



1.75.50.0040



Содержание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	1
2. НАЗНАЧЕНИЕ	1
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	2
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
6. УСТРОЙСТВО	2
6.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	2
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	5
7.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5
7.2. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.....	5
7.3. УСТАНОВКА ТАЙМЕРА.....	6
7.4. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	6
8. ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА	7
8.1. НАБОР ПАРАМЕТРОВ 1	7
8.2. НАБОР ПАРАМЕТРОВ 2	7
9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10
10. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	10
11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	10
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	11

1. Общие указания

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации, описывает характеристики и порядок работы с банями лабораторными серии ПЭ-4310 (далее по тексту – баня).

Перед эксплуатацией бани необходимо ознакомиться с содержанием разделов «Технические характеристики», «Порядок работы» и «Требования по технике безопасности».

В связи с постоянным совершенствованием продукции, в конструкцию могут вноситься изменения, не ухудшающие характеристик и не отраженные в паспорте.

2. Назначение

Баня лабораторная серии ПЭ-4310 предназначена для проведения химических, биологических, фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне от температуры окружающей среды +5°C до 100°C в лабораторных условиях.

3. Технические характеристики

Напряжение питания 220±10%

Рабочий диапазон температур, °C.....от комнатной + 5 до 100

Дискретность установки температуры, °C0,1

Точность поддержания температуры

при номинальном объеме жидкости, °C±0,2

Градиент температуры по объему, °C.....±0,5

Модель	ПЭ-4310	ПЭ-4311	ПЭ-4312	ПЭ-4313
Объем, л	27	21,5	10	6,5
Размеры ванны (ШхДхГ), мм	495х290х200	495х290х160	300х240х150	300х155х150
Используемые размеры ванны (ШхДхГ), мм	495х290х150	495х290х110	300х240х100	300х155х100
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	545х380х330	545х380х290	340х320х270	340х235х270
Мощность, Вт	2000	1600	1000	700
Масса, кг	11,1	9,6	6,3	5,3

4. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С..... 5-35
Относительная влажность воздуха, не более, %.....80
Время непрерывной эксплуатации, ч не ограничено

5. Комплект поставки

Баня лабораторная серии ПЭ-4310..... 1 шт.
Крышка из нержавеющей стали 1 шт.
Крышка нагревателя..... 1 шт.
Сетевой кабель..... 1 шт.
Паспорт 1 шт.

6. Устройство

Баня состоит из ванны, изготовленной из нержавеющей стали, внешнего корпуса и встроенного блока электроники (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Баня лабораторная ПЭ-4310

Основные элементы: 1 – корпус; 2 – блок электроники; 3 – панель управления.

В нижней части ванны размещены нагревательные элементы, прикрытые сверху перфорированной крышкой, и датчики температуры.

Ванна закрывается крышкой, изготовленной из нержавеющей стали.

На передней стенке корпуса находится блок электроники с панелью управления.

Корпус бани покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям.

6.1. Органы управления

Все органы управления и элементы индикации расположены на панели управления (Рисунок 2).






Рисунок 2 – Панель управления




Цифровой светодиодный дисплей – во время работы отображает текущую температуру теплоносителя в бане. Переключается на отображение текущего времени таймера с помощью нажатия кнопки «увеличить/отобразить».



Таймер – лампа мигает или горит, если включен обратный таймер.

- Лампа мигает пока не достигнуто заданное значение температуры.
- Лампа горит, когда идёт обратный отсчёт времени.

Нагрев – лампа мигает во время работы нагревательного элемента.



Выбрать параметр – нажмите, чтобы изменить задание температуры и времени.

Удерживайте кнопку нажатой в течение 20 секунд, чтобы перейти в режим просмотра и изменения параметров регулятора.

(Примечание: все параметры регулятора настроены перед отгрузкой, не вносите изменений без чёткого понимания значения каждого параметра.)

В этом режиме нажимайте, чтобы перейти к следующему параметру.

Сдвиг/автонастройка – нажмите кнопку, чтобы передвинуть курсор на одну позицию влево при редактировании числовых значений.

Функция автонастройки – удерживайте кнопку нажатой 30 секунд, чтобы запустить процесс автоматической настройки регулятора температуры.


(Примечание: прибор отгружается с уже выполненной процедурой автонастройки.)

Увеличить/отобразить – увеличивает текущее значение при установке температуры и времени таймера.

В рабочем режиме переключает отображение на дисплее между текущим значением температуры и временем таймера.



Защитный термостат – предотвращает превышение рабочей температуры. Рекомендуется устанавливать значение температуры защиты на 10-20% выше значения рабочей температуры. При срабатывании отключает питание нагревательного элемента, предотвращая перегрев.




Сетевой выключатель – служит для включения и выключения бани.

7. Порядок работы

7.1. Подготовка к работе


1. Убедитесь в том, что параметры напряжения вашей сети соответствуют указанным на шильде бани.
2. Установите баню на ровную горизонтальную поверхность.
3. Извлеките из бани все упаковочные материалы.
4. Подключите к бане сетевой шнур и включите его в розетку.
5. Установите на дне бани крышку нагревателя.
6. Наполните баню водой до уровня, не превышающего 70% высоты.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется использовать дистиллированную воду.
7. Включите прерыватель электрической цепи, расположенный на задней стенке бани. Включите питание с помощью сетевого выключателя, на цифровом светодиодном дисплее отобразится текущая температура бани.
8. Установите температуру защитного термостата (п. 7.4), необходимые значения рабочей температуры и времени нагрева (пп. 7.2-7.3).
9. Установите в баню рабочие образцы.
10. При необходимости закройте баню крышкой.

7.2. Установка температуры



1. В рабочем режиме (отображается текущее значение температуры) нажмите кнопку .
 2. На дисплее отобразится надпись *TEMP*.
 3. Снова нажмите кнопку .
 4. На дисплее отобразится заданная температура.
 5. Используя кнопки  и , задайте нужное значение рабочей температуры.
 6. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим установки таймера.
7. Нажмите кнопку  три раза, чтобы пропустить установку таймера и вернуться в рабочий режим. Контроллер начнёт поддержание вновь заданной рабочей температуры.

7.3. Установка таймера



1. Нажмите кнопку  три раза, чтобы установить таймер.
2. На дисплее отобразится надпись *TEMP*.
3. Снова нажмите кнопку .
4. На дисплее отобразится заданное время (например, *00:00*).
5. Используя кнопки  и , задайте новое время таймера.
6. По умолчанию шкала времени ЧЧ:ММ.
7. Для непрерывной работы установите значение времени 00.00.
8. В этой шкале можно установить время в диапазоне от 1 минуты до 99 часов 59 минут.
9. Нажмите кнопку , чтобы перейти в рабочий режим.

Примечание: временная шкала таймера устанавливается с помощью соответствующего параметра контроллера (см. п.8) в один из следующих диапазонов:

- | | |
|----------|-----------------|
| 1) ММ:СС | 99 мин. 59 сек. |
| 2) ЧЧ:ММ | 99 час. 59 мин. |
| 3) ДД:ЧЧ | 99 дн. 23 час. |

7.4. Защита от перегрева

Перед началом работы необходимо установить значение температуры на защитном термостате на 10-20% превышающее предполагаемую рабочую температуру.

Если значение температуры, установленное на защитном термостате, ниже значения рабочей температуры, то баня не сможет достичь рабочей температуры.

Температурный диапазон защитного термостата от 0 до 120°C.

8. Параметры контроллера

8.1. Набор параметров 1

Чтобы перейти в режим просмотра и редактирования данной группы параметров, удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд.

Чтобы изменять значения параметров используйте кнопки  и .

Для перехода к следующему параметру нажимайте кнопку .

Чтобы выйти из режима просмотра и редактирования параметров, нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение 5 секунд.

Обозначение на дисплее	Наименование параметра	Диапазон	Заводская установка	Установлено пользователем
<i>ALH</i>	Верхний предел тревоги	00,0÷99,9°C	2,0	
<i>ALL</i>	Нижний предел тревоги	00,0÷99,9°C	21,0	
<i>HYS</i>	Гистерезис	00,0÷99,9°C	0,2	
<i>BEEP</i>	Время зуммера	0÷9999 сек.	30	
<i>ADJ</i>	Калибровка температуры	-99,9÷299,9°C	0	
<i>LOC</i>	Блокировка ключей, данных, параметров	0000÷1111	0000	

8.2. Набор параметров 2

Чтобы перейти в режим просмотра и редактирования данной группы параметров, удерживайте кнопку  нажатой в течение 30 секунд.

Через первые 5 секунд на дисплее появиться надпись *ALH* - продолжайте удерживать кнопку ещё 25 секунд.

Чтобы изменять значения параметров используйте кнопки  и .

Для перехода к следующему параметру нажимайте кнопку .

Чтобы выйти из режима просмотра и редактирования параметров, нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение 5 секунд.

Обозначение на дисплее	Наименование параметра	Диапазон	Заводская установка	Установлено пользователем
<i>RNT</i>	Верхний предел установки температуры	-99,9÷299,9°C	251	Не изменять
<i>АСТР</i>	Температура активизации таймера (параметр может быть изменён, только если значение N2 параметра Mode0 равно 1) Таймер начинает обратный отсчёт, если (Ттек. – Туст.) > АСТР	-00,0÷99,9°C	0	
<i>PRD</i>	Период (интервал подачи управляющего сигнала)	1÷99 сек.	2	Не изменять
<i>P</i>	Пропорциональная составляющая	0÷6999	получена при автонастройке	Не изменять
<i>I</i>	Интегральная составляющая	0÷6999	получена при автонастройке	Не изменять
<i>A</i>	Антиподынтегральная составляющая	0÷6999	получена при автонастройке	Не изменять
<i>D</i>	Дифференциальная составляющая	0÷6999	получена при автонастройке	Не изменять
<i>MODE0</i>	Управление рабочим режимом 0 N3 0 = KS, JIS Pt 100 1 = DIN Pt 100 N2 0 = ALH (относ.) 1 = AALH (абс.) N1 0 = ALL (относ.) 1 = AALL (абс.) N0 0 = 000 °C 1 = с десятичными (000,0 °C)	N3 N2 N1 N0 0 0 0 0 1 1 1 1	0001	Не изменять
<i>MODE1</i>	Управление рабочим режимом 1 N3 0 = ПИД-регулятор 1 = Позиционный регулятор	N3 N2 N1 N0 0 0 0 0 1 1 1 1	0111	

	N2 0 = Таймер выкл. 1 = Таймер вкл. N1 0 = Таймер ММ:СС 1 = Таймер ЧЧ:ММ 2 = Таймер ДД:ЧЧ N0 0 = Восстановление при включении откл. 1 = Восстановление при включении вкл.			
<i>MODE2</i>	Управление рабочим режи- мом 2 Не задействован	N3 N2 N1 N0 0 0 0 0 1 1 1 1	0000	Не изме- нять
<i>DRAN</i>	Зафиксировать дрейф пока- заний температуры в рамках заданной величины По разным причинам во время работы происходит дрейф температуры. Чтобы исключить температурный дрейф, установите значение, чтобы за- фиксировать температуру этих рамках.		0,5	
<i>LBAT</i>	Не задействован		0000	

Примечания:

- 1) *RNT*: Предел задаваемой температуры. Пользователь не может установить задание температуры выше, чем эта величина. Заводская установка 100. Не изменяйте это значение.
- 2) *ADJ*: Подстройка температуры. Иногда действительное значение температуры несколько отличается от значения, отображаемого на дисплее. В этом случае можно подстроить отображаемое значение по поверенному термометру:

Показание поверенного термометра	Показание на дисплее	Величина <i>ADJ</i>
38,0°C	37,0°C	1,0
36,0°C	37,0°C	-1,0

9. Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания устройство не работает	Перегорел предохранитель регулятора напряжения	Заменить предохранитель
	Неисправен сетевой шнур	Заменить сетевой шнур
	Отсутствует сетевое напряжение	Связаться с технической службой
Не достигается заданное значение температуры	Температура, установленная на защитном термостате, ниже задаваемой	Установить на защитном термостате температуру на 10-20% превышающую рабочую
На дисплее отображаются символы «ииии» и раздаётся звуковой сигнал	Перегрев выше 100°C	1. Проверить уровень воды в бане 2. Связаться с технической службой
На дисплее отображаются символы «nnnn»	Разорвана цепь термодатчика	Связаться с технической службой

10. Требования техники безопасности

Перед включением бани в сеть убедитесь в отсутствии механических повреждений шнура электропитания и других элементов.

По способу защиты человека от поражения электрическим током баня соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

При работе с баней должны соблюдаться: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

К работе с баней должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данную инструкцию по эксплуатации.

11. Правила хранения и транспортировки

Баня в течение гарантийного срока хранения должна храниться в упаковке предприятия при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80%. Хранение прибора без упаковки следует производить

при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%.

Баня может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в диапазоне температур от -40 до +50°C и относительной влажности не более 95%.

12. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует работоспособность бани при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи бани. В течение этого времени поставщик обязуется безвозмездно производить ремонт или замену неисправных изделий.

Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если он выполняет все требования по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия.

При выявлении неисправности бани в период гарантийного срока потребителю следует составить акт с указанием неисправностей и контактных телефонов пользователя. Этот акт необходимо отправить в адрес изготовителя:

ООО «Экохим»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

Телефон: (812) 448-76-10, факс: (812) 448-76-00

E-mail: info@ecohim.ru

URL: www.ecohim.ru

13. Свидетельство о приёмке

Баня лабораторная ПЭ-431__ зав. № _____ проверена на соответствие требованиям ТУ 3614-005-56278322-2010, технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Контролёр _____