



**Штатив для перемешивающих устройств
ES-2720**

Паспорт

Версия 1.1 от 27.11.2015

Номер по каталогу 200.01.1030



Санкт-Петербург
2015

1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с конструкцией, порядком сборки и правилами эксплуатации штатива для перемешивающих устройств ES-2720.
- 1.2. В связи с продолжением работы по совершенствованию устройства, в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, которые отсутствуют в паспорте.

2. Назначение

Штатив ES-2720 предназначен для использования в химических лабораториях для закрепления верхнеприводных перемешивающих устройств.




Рисунок 1 - Штатив ES-2720

3. Описание

Штатив (Рисунок 1) состоит из основания 1 и стойки для крепления привода 2. Основание имеет снизу 4 резиновые ножки.

4. Технические характеристики

4.1. Габариты основания, мм	420x383x120
4.2. Высота штатива со стойкой, мм	830
4.3. Диаметр стойки, мм	22
4.4. Длина стойки, мм	800
4.5. Материал основания.....	сталь, покрытая порошковой краской
4.6. Материал стойки	труба из нержавеющей стали
4.7. Масса, кг, не более.....	3,5

5. Комплект поставки

5.1. Основание	1 шт.
5.2. Стойка для крепления привода	1 шт.
5.3. Стопорный винт M8.....	1 шт.
5.4. Ключ для завинчивания стопорного винта.....	1 шт.
5.5. Паспорт	1 шт.

Примечание: зажим для крепления привода приобретается отдельно (номер по каталогу 200.01.2040).




Рисунок 2 - Сборка штатива

6. Порядок сборки

- 6.1. Установите основание штатива на рабочем столе.
- 6.2. Вставьте стойку для крепления привода до упора в крепёжную втулку на основании штатива (Рисунок 2).

- 6.3. С помощью прилагаемого ключа ввинтите стопорный винт из комплекта крепежа в резьбовое отверстие сбоку крепёжной втулки и надёжно затяните его.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Сведения о рекламациях

При обнаружении дефектов, некомплектности и появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу производителя:

ООО «Экохим»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406;

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23;

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru

9. Сведения о приемке

Штатив для перемешивающих устройств ES-2720 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

10. Дополнительная комплектация

	<p>Зажим для крепления перемешивающего устройства на штативе. Для штативов ЕС-2720, ПЭ-2730 под шток Ø16 мм и стойку Ø22 мм.</p>
	<p>Номер по каталогу 200.01.2040</p>